



## ESPECIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

### Hospital de Acaraú – CE

Lívia Siqueira

Dia: 22/09/2023

Considerando o processo de aquisição, Pregão Eletrônico nº 2107.02/2023-PE para aquisição de equipamentos para o Hospital de Acaraú De acordo com a Diligência do Município de Acaraú apresentada dia 14/09/2023 a empresa LONDRIHOSP Produtos Hospitalares, indicamos tais observações conforme os documentos apresentados:

- Respostas aos questionamentos: Resume as respostas e informa que todos os questionamentos serão respondidos com as declarações em anexo.
- Declaração A: A empresa declara que fará de forma indireta o fornecimento de assistência técnica autorizada, conforme o indicado no Pregão, através da empresa DIOTEC COMÉRCIO E MANUTENÇÃO, localizada em Fortaleza, durante o período de garantia, (12 meses).
- Declaração B: A empresa declara que os equipamentos a serem fornecidos atenderão todos os detalhamentos e especificações técnicas exigidas referente a mesa cirúrgica elétrica. Por isso, corroboramos as especificações do equipamento exigidas:

#### **Mesa cirúrgica elétrica**

Mesa cirúrgica: Mesa cirúrgica elétrica para procedimentos cirúrgicos Obstétricos, Ginecológicos, Urológicos e Partos; Neurológicos; Cardíacos; Cirurgia da obesidade; Videolaparoscopia; Operação da Tireóide; Ortopédicos; Vasculares; Neurológicos; Renais; entre outros., com movimentos acionados eletricamente, omposta por coluna, tampa radiotransparente e base. Dimensões mínimas: Largura com extensores laterais - 900mm.

Largura total sem extensores laterais - 570mm.

Altura mínima de 770mm.

Altura máxima de 980mm. Alimentação Elétrica 220V - 60Hz. Deve possuir arco de narcose, par de suportes de braço, par de portas-coxa, par de suportes laterais, par de ombreiras, jogo de colchonete impermeável e sem costura e gaveta ginecológica. Coluna e Base: deve ser constituído de material resistente e protegido contra corrosão através de pintura indelével epóxi ou poliuretano, ou revestida ou constituída completamente de aço inoxidável. Material da mesa deve ser radiotransparente para possibilitar a utilização do



intensificador de imagens. Capacidade de peso para pacientes de até, no mínimo, 220Kg. Parâmetros e Faixas de Ajustes

Movimentos e posições: Decúbito dorsal

Decúbito ventral; Decúbito lateral; Litotômia; Trendelenburg;

Trendelenburg reverso; Fowler; Canivete (Kraske).

Outros Recursos

Base: deve ser provida de sistema de movimentação e fixação. Com movimentação de base através de rodízios. SEGURANÇA: 1. Certificação

IN METRO; 2. Certificado de Registro na ANVISA/Ministério da Saúde;

2. Certificado de boas práticas de fabricação; NBR IEC 60601-1-6

Usabilidade equipamentos eletro-médico, acessórios: Assento para cabeça;

Tábuas de extensão lateral e apoio de braço; Dispositivo para fixação

intramedular; Dispositivo para suporte de braço; Dispositivos para tração demembros superiores e membros

inferiores; Suporte para espinha. Arco de narcose

Par de suportes para ombros Par de suportes de braço

Par de suportes de coxa Par de suportes laterais Par de munhequeiras

Cinto de fixação de paciente Colchonete leve e de fácil manipulação, revestido de material impermeável e sem

costuras Cabo de alimentação padrão ABNT (Elétrica); Acessórios opcionais:

Bandeja porta cassete Tampo bipartido

sem renal Kit Ortopedia Traumatologia

Bota mecânica para vídeo cirurgia. Tripartido de ombro

Suporte de crânio tipo Mayfield Kit obesidade

Kit ginecologia Kit urologia

Deverão acompanhar todos os materiais, cabos, componentes e acessórios

necessários à perfeita instalação e operação do equipamento configurado nessa especificação. DAS CONDIÇÕES DE

**ENTREGA, INSTALAÇÃO, GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA:**

Condições

de Fornecimento.

1. Deverá estar incluso o acompanhamento técnico durante o período de pré-instalação, para dirimir as dúvidas da equipe do Hospital. Também deverão estar inclusos na proposta os serviços de instalação dos equipamentos, conferência de partes e peças, montagem do equipamento, a realização de testes finais, ajustes e calibração com posterior apresentação de laudo técnico atestando a conformidade de seu funcionamento e das suas instalações.

2. A empresa deverá possuir assistência técnica autorizada no estado, para prestar assistência técnica ao equipamento e confirmando o acesso às peças originais atendendo aos padrões de rastreabilidade exigidos pela RDC 02/2010 e RDC 59/2000.



3. A empresa irá oferecer treinamento operacional aos funcionários e treinamento técnico básico a pelo menos um técnico da Engenharia Clínica (no mínimo sobre cuidados básicos e boas práticas preventivas).
4. Garantia de pelo menos 12 meses, contemplando neste período todas as manutenções preventivas e corretivas e peças de reposição necessárias de acordo com orientação do Fabricante.
5. Os equipamentos deverão vir acompanhados de documentação técnica (manuais operacional e técnico em português, certificados de calibração, certificados de testes dos componentes do equipamento);
6. A Licitante deverá fornecer o detalhamento técnico quanto às necessidades de pré-instalação do equipamento, instruindo quanto às instalações de rede elétrica e todas as demais condições físicas pertinentes à instalação e ao funcionamento do equipamento

Ciente de que a empresa afirma o fornecimento dos acessórios básicos necessários para o seu pleno e adequado funcionamento como Arco de Narcose/ombreira/quadrilheira/apoio de braço/ porta coxa, corroboramos que estes atendem ao solicitado.

- Declaração C: Já foi adiantado pela empresa que o requisito para a instalação do equipamento é 01 (uma) tomada rede elétrica 110/220V. Indicamos que essa declaração, juntamente com o documento “Respostas aos questionamentos referentes ao item 06 Mesa Cirúrgica Elétrica), em que a empresa se compromete, caso seja contratada, a fornecer a parte contratante todas as informações necessárias à pré-instalação dos equipamentos contratados, atende ao item exigido fornecer o detalhamento técnico quanto às necessidades de pré-instalação do equipamento e de fornecimento de todas as informações pertinentes à instalação e ao funcionamento do equipamento.

**Portanto, diante do apresentado a empresa LONDRIHOSP está atendendo às exigências do edital.**