



TERMO DE ERRATA AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1909.01/2023-PE

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA Nº 11278.643000/1230-08 DA PORTARIA Nº672/2023 - MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.

A Comissão de Pregão designada por meio da Portaria nº 1302-04/2023, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2023, informa e torna público, para conhecimento dos interessados, que realizou retificações no texto do edital e em seus anexos, passando estes a vigorar da seguinte forma.

Descrição do produto do item 18 do Termo de Referência – ELETROCARDÍOGRAFO

ONDE SE LÊ:

Equipamento projetado para captar a diferença de potencial elétrico gerado pela atividade cardíaca e converte-a em registro gráfico. Canais: 12, comunicação com computador: possui, operação: direta no console, conect wi-fi: com conectividade wifi, impressão direta no equipamento: possui em formato A4 e alimentação: rede elétrica e bateria.

LEIA – SE:

Eletrocardiógrafo digital, microprocessado, com 12(doze) canais de aquisição. Destinado a atender pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Modos de operação: manual e contínuo; Proteção contra descarga de desfibriladores; Realizar aquisição de 12(doze) derivações simultâneas; Impressora interna com tecnologia de impressão térmica em papel A4 ou bobina; permitir a gravação de no mínimo 200 exames na memória interna do equipamento; possuir opções de: ganho, filtros, correção de linha de base, emc, ac, velocidade; detecção de pulso de marca-passo e eletrodo solto; Permitir a exportação do exame em formato pdf através de uma porta usb ou wireless; Possuir teclado alfanumérico para entrada de dados do paciente ou teclado touch screen incorporados ao display do equipamento; Deve acompanhar os acessórios: Carrinho com cesta; 02(dois) jogos de eletrodos adulto, Bateria interna recarregável com autonomia mínima de duas horas; 02 (dois) cabos de paciente 10 vias completos e reutilizáveis, 05(cinco) conjuntos de eletrodos pré-cordiais tipo pêra reutilizáveis, 05(cinco) conjuntos de eletrodos dos membros tipo clipe reutilizáveis, 05(cinco) caixas de papel A4 termossensível, milimetrado,



para exames de ECG; cada caixa contendo 10.000 folhas de A4 ou 10 bobinas de 30 m cada 05(cinco) tubos de gel de condução. Tensão de alimentação elétrica: 220V, 60Hz ou bivolt automática. Aterramento através do cabo de alimentação. Registro na ANVISA - O equipamento deve ser certificado de acordo com as normas NBR IEC; Manual de operação em Português. Instalação e treinamento para técnicos e engenharia Clínica e usuários 100% por conta do fornecedor. Garantia mínima de 12 meses;


S.M.J.

Esta é a Errata.

ACARAÚ/CE, 04 DE OUTUBRO DE 2023.



PAULO COSTA SANTOS
Pregoeiro do Município de Acaraú



CERTIDÃO DE AFIXAÇÃO

Certifico para os devidos fins, que foi afixado no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de Acaraú/CE, o **TERMO DE ERRATA AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 1909.01/2023-PE**, Processo Licitatório, referente a **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA N° 11278.643000/1230-08 DA PORTARIA N°672/2023 - MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE**, tudo conforme especificações contidas no TERMO DE REFERÊNCIA constante nos Anexos do Edital.

ACARAÚ/CE, 04 DE OUTUBRO DE 2023.



PAULO COSTA SANTOS
Pregoeiro do Município de Acaraú