



AV. Des.Armando de Sousa Louzada
Nº 500 - SÍTIO BURITI | CEP: 62.580-000



TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

A Ordenadora de Despesas da Secretaria de Saúde do Município de Acaraú/CE, abaixo assinando, no uso de suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessados, o julgamento das propostas de que trata o processo, modalidade **ADESÃO (CARONA Nº 1007.02/2024-CARONA) A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 088/2023, ORIUNDA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/SESPA/2023**, que tem como objeto, **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ESPECIALIZADO DE ACARAÚ, EM CONFORMIDADE AO SEGUNDO TERMO DE ADITIVO DO PLANO DE TRABALHO – MAPP Nº 5044 E CONVÊNIO Nº 182/2022 – SESA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE ACARAÚ**, vem **ADJUDICAR e HOMOLOGAR** o presente processo, para que produza os efeitos legais e jurídicos.

Desse modo, satisfazendo à lei e ao mérito, **ADJUDICO e HOMOLOGO** a proponente, Empresa **CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA, Av. Pierre Simon DE Laplace, 965 – Techno Park – CEP 13069-320, Campinas/SP, CNPJ. 46.563.938/0014-35**, com o valor global de **R\$ 1.195.000,00 (um milhão cento e nove e cinco mil reais)**, vencedor desse processo nos termos da lei, o seu objeto, conforme abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	MARCA	VL. UNIT.	VL TOTAL
01	<p>Aparelho de Tomografia Computadorizada</p> <p>Tomógrafo computadorizado helicoidal de 16 canais não emoluentes, com detector de estado sólido com, no mínimo, 16 fileiras físicas que realize pelo menos 16 cortes por rotação. Gantry com abertura mínima 65 cm, faixa de angulação física ou digital mínima de +/-30°; Tempo de corte total em 360° de 01 segundos ou menor; Capacidade para aquisição helical contínua mínima de 90 segundos. Conjunto tubo e gerador: Potência do gerador de, no</p>	Unidade	01	Canon	R\$ 1.195.000,00	R\$ 1.195.000,00

mínimo, 24 KW; Capacidade térmica do anodo de no mínimo 2 MHU. Sistema de aquisição de dados: Aquisição Multislice de no mínimo 16 cortes simultâneos por rotação de 360°; Espessura de corte de 1,00 mm ou menor. Campo de visão variável entre 50 e 430 mm ou superior. Console com capacidade de aquisição e reconstrução respectivamente, contendo 1 monitor de no mínimo 19 polegadas colorido, teclado e mouse. O sistema deve permitir manipulação, filmagem e processamento de imagens previamente

armazenadas durante a aquisição de novas imagens.

Software 3D, permitindo diferentes tipos de reconstrução: Volume Rendering, Surface, e projeção de RX; Software

Multiplanar em tempo real; Software Angiográfico; Sistema de subtração digital óssea; Software para visualização de imagens em tempo real. Reconstrução de imagens axiais em matriz 512x512. Protocolo DICOM 3.0: Print, Storage SCU e MWM (Worklist). Mesa do paciente com peso suportável de, no mínimo, 180 Kg. Estação de Trabalho independente com configuração de Hardware

da Estação de trabalho independente de no mínimo: Processador Intel Xeon Quad

Core 2.4GHz (ou superior), 12 GB de memória RAM, (ou

superior), HD com capacidade mínima de 380 GB (ou superior), monitor LCD de no mínimo 19 polegadas, gravador de CD-RW e DVD-RW, modem e placa de rede padrão Ethernet, placa de videocom no mínimo 512Mb de memória, teclado e mouse, sistema operacional compatível com o equipamento. Softwares necessários na estação de trabalho:

Reconstrução multiplanar (MPR), MPR curvo e oblíquo, MIP, min-MIP; reconstrução tridimensional (3D) SSD e VR; Remoção de ossos

automática; Pacote vascular avançado para Angio CT segmentação automática de vasos.

Acessórios: Suporte de crânio; Suporte de pernas; Jogo de fantasmas para calibração.

Demais acessórios necessários para o completo funcionamento do sistema. Requisitos necessários: 01 (um) Estabilizador de tensão de rede (externo ou internamente ao tomógrafo) com potência compatível para todo o equipamento,

359
Comissão Permanente de Licitação
372
Folha
Assinatura
Pretoria Municipal de Acaraú

<p>não sendo suficiente somente para estabilizar a base computacional, nobreak para os computadores; 01 (um) Quadro de Força recomendado pelo fabricante; E demais componentes necessários para o completo funcionamento do sistema. Instalação em estabelecimentos assistenciais de saúde no estado do Pará; Treinamento da equipe técnica nos locais de instalação do equipamento em data posterior à instalação; Garantia mínima de 24 meses.</p>					
--	--	--	--	--	--

359
Folha
Assinatura
Pretoria Municipal de Acaraú

ACARAÚ/CE, 12 de Julho de 2024.

Atenciosamente,


ANA PAULA PRACIANO TEIXEIRA
Secretária Municipal de Saúde