

PROPOSTA READEQUADA

Dados do Processo

Município: Acaraú / CE

Unidade gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Número do processo: 00006.20240821/0001-68

Modalidade: Pregão Eletrônico

Número do certame: 2009.01/2024-PE

Data da abertura: 08/10/2024 às 09:00

Dados do Fornecedor

Razão social: M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Telefone: 4333391320 / 43988069641

CNPJ/MF: 32.593.430/0001-50

E-mail: londrimedifinanceiro@Gmail.com

Endereço: HENRIQUE MANSANO, 1595, ALPES, Londrina / PR - CEP: 86.075-000

Dados da Proposta de Preços

I - VENTILADOR PULMONAR PARA TRANSPORTE

Especificação: CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS EXIGIDAS: VENTILADOR PULMONAR PARA TRANSPORTE INTRA E EXTRA HOSPITALAR E EMERGÊNCIA; PACIENTES: ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL; POSSUIR SUPORTE (ALÇA) PARA TRANSPORTE; POSSUIR SUPORTE PARA MACA PRENDER EM MACA; POSSUIR PROTEÇÕES NAS LATERAIS; MONITOR DE TELA SENSÍVEL AO TOQUE, LCD OU LED, DE NO MÍNIMO 7"; BATERIA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 5 HORAS; POSSUIR TURBINA DE FLUXO DE AR PARA PERMITIR A VENTILAÇÃO À CONCENTRAÇÃO DE 21% SEM NECESSIDADE DE FONTE DE OXIGÊNIO; POSSUIR RECURSO DE COMPENSAÇÃO DE COMPLACÊNCIA DE CIRCUITO; MODOS VENTILATÓRIOS MÍNIMOS: -VCV; -VCP; -PSV; -SIMV (COM E SEM PRESSÃO DE SUPORTE); -VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA; -MODOS ASSISTIDO E ESPONTÂNEO; AJUSTES MÍNIMOS: CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO, VOLUME CORRENTE, TEMPO INSPIRATÓRIO; SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE VAZAMENTO; ALARME VISUAL E SONORO EM 03 (TRÊS) NÍVEIS DE PRIORIDADE; FUNCIONALIDADE AUTO TESTE; GRAU DE PROTEÇÃO, MÍNIMO, IPX 2; PESO MÁXIMO DO EQUIPAMENTO: 7KG; IDIOMA DE OPERAÇÃO: PORTUGUÊS; REGISTRO NA ANVISA VIGENTE; ACOMPANHA NO MÍNIMO: - CIRCUITOS RESPIRATÓRIOS EM SILICONE (COMPLETOS, COM VÁLVULAS): 03 PACIENTES ADULTO, 03 PEDIÁTRICOS E 03 NEONATAIS; - 03 SENSORES DE OXIMETRIA (01 ADULTO, 01 PEDIÁTRICO E 01 NEONATAL); - FONTE DE ALIMENTAÇÃO, 220V; - MANGUEIRA DE O2; - 03 SENSOR DE BAIXO FLUXO E 03 ALTO FLUXO; - FILTROS DE PARTÍCULA SUFICIENTES PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DENTRO DA GARANTIA; TODOS OS ACESSÓRIOS, SOFTWARES, LICENÇAS, CABOS, CONEXÕES, PARTES E SENSORES NECESSÁRIOS AO PLENO FUNCIONAMENTO E PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO ADULTO, INFANTIL E NEONATAL DEVERÃO ESTAR INCLUSOS NO EQUIPAMENTO ENTREGUE, MESMO QUE NÃO ESTEJAM ESCRITOS NOS ACESSÓRIOS. TREINAMENTO OPERACIONAL E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS INCLUSO DENTRO DO PERÍODO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO DE 01 ANO.

Quantidade: 3,0

Unidade: Unidade

Valor ofertado: R\$ 35.900,00

Valor total: R\$ 107.700,00

Fabricante/Marca: CMOS DRAKE

Modelo: RUAH

Valor de referência: R\$ 52.478,54

Total geral da proposta: R\$ 107.700,00 (cento e sete mil, setecentos reais)

Dados de Registro da Proposta:

Data de finalização do registro da proposta: 8 de Outubro de 2024 às 09:24

Dados do Usuário:

Usuário logado como: M.

E-mail: londrimedifinanceiro@gmail.com

CPF/MF: 32.593.430/0001-50



**M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA
32.593.430/0001-50**



**JOSE MARCIO
CARREGA:10952329832**

Assinado de forma digital por JOSE MARCIO CARREGA:10952329832
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC SERASA RFB, ou=32584223000130, ou=VIDEOCONFERENCIA, cn=JOSE MARCIO CARREGA:10952329832

**M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ/MF: 32.593.430/0001-50**

**M CARREGA COMERCIO DE
PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA:32593430000150**

Assinado de forma digital por M CARREGA COMERCIO DE
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:32593430000150
DN: c=BR, st=PR, l=Londrina, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A1, ou=AC SERASA
RFB, ou=32584223000130, ou=VIDEOCONFERENCIA, cn=M
CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA:32593430000150