



À  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ  
 ACARAÚ - CE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1201.01/2023-PE

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL ESPECIALIZADO DE ACARAÚ, EM CONFORMIDADE COM O PLANO DE TRABALHO - MAAP Nº 5044 DO CONVÊNIO Nº 182/2022 - SESA, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.

ANEXO II

PROPOSTA DE PREÇOS

DADOS DA EMPRESA

<b>Razão Social:</b> Leistung Equipamentos Ltda	<b>CNPJ:</b> 04.187.384/0001-54
<b>Endereço:</b> R. João Ropelatto, nº 202	<b>Bairro:</b> Nereu Ramos
<b>Cidade:</b> Jaraguá do Sul	<b>CEP:</b> 89.265-520
<b>Estado:</b> Santa Catarina	<b>Inscrição Estadual:</b> 25.441.710-8
<b>Inscrição Municipal:</b> 25536	<b>Telefone:</b> (47) 3371-2741
<b>Fax:</b> (47) 3371-9267	<b>E-mail:</b> licita@leistungbrasil.com

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA PARA ASSINATURA DO CONTRATO

MARCELO JAVIER FERNANDEZ, argentino, casado, empresário, sócio gerente, residente e domiciliado a Rua João Ropelatto, 202, bairro Nereu Ramos, cidade Jaraguá do Sul, SC, inscrito no CPF sob o nº 831.651.180-00, RG nº 7.979.585 emitido 16/10/17, órgão emissor SSP/SC, (conforme poderes outorgados na 14ª Alteração Contratual).

DADOS BANCÁRIOS

<b>Nome do Banco:</b> Banrisul	<b>Nº do Banco:</b> 41
<b>Nome/Nº da Agência:</b> 243	<b>Nº da Conta Corrente:</b> 23.0023900-2
<b>Praça de Pagamento:</b> Joinville, SC.	
<b>Endereço da Agência Bancária:</b> R. Princesa Isabel, 499 - Centro, Joinville - SC, 89201-270	

em	Especificação	Marca	Und	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
37	<b><u>VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO</u></b> Marca: Leistung Modelo LUFT5 Adulto Pediátrico e Neonatal COM TELA GRÁFICA LCD LED de 17" <b><u>Nº. Registro da ANVISA: 80203470015</u></b> Fabricante: Leistung Equipamentos Ltda Produto de origem Nacional  O ventilador pulmonar <b>LUFT5</b> é um equipamento de assistência ao sistema respiratório com recursos avançados, aliados a um projeto confiável com alto	Leistung	UN	14	R\$ 52.000,00 (Cinquenta e dois mil reais).	R\$ 728.000,00 (Setecentos e vinte e oito mil reais).

LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 04.187.384/0001-54 - Insc. Est. 254.417.108

Rua João Ropelatto, 202, Nereu Ramos

CEP: 89265-520- Jaraguá do Sul / SC - Fone/Fax (47) 3371-2741 / 3371-9267

[www.leistungbrasil.com](http://www.leistungbrasil.com) - E-mail: [licita@leistungbrasil.com](mailto:licita@leistungbrasil.com)

**Assistência Técnica**  
 ☎ (47) 99985-6173



padrão de segurança, que integra diversos modos ventilatórios apto para o tratamento de diferentes condições clínicas e patologias. O LUFT5 proporciona assistência para situações de resgate, manutenção e tratamento de pacientes com insuficiência respiratória.

Com sua tela LCD LED de 17" e alta resolução, permite o monitoramento claro da ventilação mecânica, além da operação prática e intuitiva com a tecnologia sensível ao toque. Possui duplo processamento para assegurar o funcionamento da ventilação pulmonar, permitindo interação do profissional de saúde com os gráficos, para melhor visualização do comportamento da mecânica ventilatória. Com recursos amplos e arrojados de monitoramento da mecânica ventilatória permite ao profissional conhecer em detalhes as condições clínicas e funcionais do sistema respiratório, o que auxilia na melhor tomada de decisão terapêutica.

O LUFT5 disponibiliza os modos ventilatórios convencionais e avançados, necessários para terapias em pacientes neonatais (prematuros a partir de 0,3 Kg), pediátricos e adultos, podendo ventilar, inclusive, indivíduos com obesidade mórbida (> 300 Kg), além de um avançado menu de mecânica respiratória para diagnósticos funcionais do sistema respiratório. Assim, o LUFT5 oferece alta qualidade e performance ventilatória adaptada a cada paciente, apto a ser utilizado nas mais complexas e exigentes terapias.

**MODOS VENTILATÓRIOS: ADULTO E PEDIÁTRICO**

Assistido/Controlado

- VCV
- PCV
- PRVC

Espontâneo

- PSV/CPAP
- VNI

Variável

- SIMV (VCV) + PSV
- SIMV (PCV) + PSV
- SIMV (PRVC) + PSV
- MMV + PSV
- PSV + VT assegurado
- PSV + VT garantido
- Pressão bifásica (APRV + PSV)

LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 04.187.384/0001-54 - Insc. Est. 254.417.108

Rua João Ropelatto, 202, Nereu Ramos

CEP: 89265-520- Jaraguá do Sul / SC - Fone/Fax (47) 3371-2741 / 3371-9267

[www.leistungbrasil.com](http://www.leistungbrasil.com) - E-mail: [leistung@leistungbrasil.com](mailto:leistung@leistungbrasil.com)

**Assistência Técnica**  
 ☎ (47) 99985-6173



Oxigenoterapia  
• HFNC

**VENTILAÇÃO DE BACKUP (SUPORTE)**

- Volume Assistido/Controlado
- Pressão Assistida/Controlada
- Em todos os modos ventilatórios.

**MODOS VENTILATÓRIOS: NEONATOLOGIA**

Assistido/Controlado

- VCV
- PCV
- Fluxo Contínuo (TCPL)

Espontâneo

- PSV/CPAP
- CPAP Nasal

Variável

- SIMV (PCV) + PSV

Oxigenoterapia

- HFNC

**CONTROLES:**

- FiO<sub>2</sub>: 21 a 100%
- Tempo Inspiratório: 0,1 a 30s
- Relação I:E: 5:1 - 1:99
- Frequência do Ventilador: 1 - 180 rpm
- Volume Corrente: 2,0 a 2.500 ml, até 4000 ml em modos por pressão.
- Volume Minuto: 0,01 a 25,0 l
- Sensibilidade:
  - Por Fluxo: 0,1 a 15 l/min |
  - Por Pressão: -0,1 a -15,0 cm H<sub>2</sub>O
- Pressão Controlada (PCV): 1 a 95 cmH<sub>2</sub>O sobre PEEP
- Pressão de Suporte (PSV): 0 a 80 cmH<sub>2</sub>O sobre PEEP
- Pressão Inspiratória: -50 a 120 cmH<sub>2</sub>O
- Pressão Auxiliar: -150 a 150 cmH<sub>2</sub>O
- Rise Time: 6 níveis
- Sensibilidade Expiratória: 5 a 80%
- Tempo de Apneia: 5 a 60s
- PEEP / CPAP: 0 a 50 cm H<sub>2</sub>O
- Nebulização: 1 a 20 min. com volume insp. e FiO<sub>2</sub> compensado, sincronizado com a insp.
- Fluxo Inspiratório: 0 a 200 l/min.
- Fluxo Base: Off até 50 l/min.
- Fluxo Expiratório: Até 250 l/min.
- Pausa Automática Inspiratória (modo VCV): 0,1 -

LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 04.187.384/0001-54 - Insc. Est. 254.417.108

Rua João Ropelatto, 202, Nereu Ramos

CEP: 89265-520- Jaraguá do Sul / SC - Fone/Fax (47) 3371-2741 / 3371-9267

[www.leistungbrasil.com](http://www.leistungbrasil.com) - E-mail: [leistung@leistungbrasil.com](mailto:leistung@leistungbrasil.com)

**Assistência Técnica**  
☎ (47) 99985-6173



- 2,0s com valor de pressão de platô
- Pausa Inspiratória e Expiratória Manual: Até 30s
  - O2 100%: 1 a 20 min.
  - Forma de Onda de Fluxo:
    - Quadrada
    - Desacelerada 100%
    - Desacelerada 50%
    - Senoidal
    - Acelerada
  - Válvula de Segurança Interna de Pressão Inspiratória ajustada em 120 cm H2O
  - Válvula Reguladora de Pressão de Entrada de Ar e O2 incorporada internamente ao equipamento
  - Conector de Sinal RS232 para comunicação externa com software e entrada de sinais
  - Conector de Sinal USB para atualização de serviço e software do equipamento e exportar dados para pendrive.
  - TGI sincronizada com a fase expiratória
  - Suspiro: Ciclos por hora, quantidade, volume tidal máximo
  - Escalas Automáticas para amplitude e configurável para tempo
  - Congelar Gráficos: Grade e cursores para fácil interpretação dos valores
  - *Standby*: Mantém o ventilador em espera sem alteração da programação
  - Ventilação de *Backup*: Disponível em todos os modos ventilatórios
  - Compensação de Altitude: 0 a 6.000 msnm
  - Nível do Som de Alarme: 20 a 100%

#### MONITORIZAÇÃO

- Pressão da Via Aérea: Pico: 0 a 120 cm H2O
- Pressão da Via Aérea: Platô: 0 a 120 cm H2O
- Pressão da Via Aérea: Média: 0 a 120 cm H2O
- Pressão da Via Aérea: Base (PEEP): 0 a 50 cm H2O
- Tempo Inspiratório: 0 a 30s
- Tempo Expiratório: 0 a 30s
- Relação I:E: 49:1 e 1:99
- Pausa Inspiratória: 0 a 30s
- Volume Corrente Inspirado (Distal e Proximal): 0 a 5,0l
- Volume Corrente Expirado (Distal e Proximal): 0 a 5,0l
- Pico de Fluxo Inspiratório (Distal e Proximal): 999 l/min.

LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 04.187.384/0001-54 - Insc. Est. 254.417.108  
 Rua João Ropelatto, 202, Nereu Ramos  
 CEP: 89265-520- Jaraguá do Sul / SC - Fone/Fax (47) 3371-2741 / 3371-9267  
[www.leistungbrasil.com](http://www.leistungbrasil.com) - E-mail: [leistung@leistungbrasil.com](mailto:leistung@leistungbrasil.com)

**Assistência Técnica**  
 ☎ (47) 99985-6173



- Pico de Fluxo Expiratório (Distal e Proximal): 999 l/min.
- Complacência Dinâmica: 999 ml/cm H2O
- Frequência Total e Espontânea: 250 rpm
- Indicador de Ciclos Espontâneos ou Mecânicos: Símbolos e gráficos
- Volume Minuto (Distal e Proximal) total e espontâneo: 0 a 25 l/min.
- Concentração de FiO2 : 21 a 100%
- Constante de Tempo Expiratório: 9,99s
- Constante de Tempo Inspiratório: 9,99s
- Volume Compressível: 399 ml
- Relação TI/TTOT: 0,98
- ETCO2 (Opcional): 99,9 mmHg
- CO2 Inspirado (Opcional): 99,9 mmHg
- Total de Fugas: 50 l/min.
- Nível de Ventilação (ml/Kg): 99,0 ml/kg
- Nível de Carga de Bateria: 0 a 100%
- Complacência do Circuito Paciente: 4,0 ml/cm H2O
- SpO2 (Opcional): até 1,00
- Frequência de Pulso (Opcional): 250 bpm
- SpO2 /FiO2 (Opcional): 476

### MECÂNICAS VENTILATÓRIAS

- AutoPEEP
- Capacidade vital lenta
- Complacência dinâmica
- Complacência estática
- Curva PV com baixo Fluxo
- Índice de estresse
- Índice de Tobin
- P0.1 - Pressão de obstrução da via aérea
- Resistência expiratória
- Resistência inspiratória
- Trabalho Inspiratório
- Elastância
- Pausa Inspiratória
- Constante de tempo RC ins. e RC exp.
- Porcentagem de fugas
- Pressão Auxiliar
- PI max.

### CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS

- Hora e data atual
- Hora e data do equipamento ligado
- Bloqueio da tela *touch screen*
- Indicador gráfico de fonte externa e bateria

LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 04.187.384/0001-54 - Insc. Est. 254.417.108  
Rua João Ropelatto, 202, Nereu Ramos  
CEP: 89265-520- Jaraguá do Sul / SC - Fone/Fax (47) 3371-2741 / 3371-9267  
[www.leistungbrasil.com](http://www.leistungbrasil.com) - E-mail: [leistung@leistungbrasil.com](mailto:leistung@leistungbrasil.com)

**Assistência Técnica**  
☎ (47) 99985-6173



- Indicador do nível de carga da bateria
- Barras indicadoras de faixa de ajuste dos parâmetros
- Barra gráfica da pressão ventilatória com indicador do nível dos alarmes
- Leitura da FiO2 por sensor interno permanente
- Símbolo para *stand by*
- Símbolo para histórico de alarme
- Ajuste de inclinação da tela LCD
- Histórico de 1000 alarmes e eventos com data e hora

#### MENSAGENS COMPLEMENTARES

- Sem sensor exalatório
- Sem sensor proximal
- Célula de oxigênio ativada
- Peso estimado do paciente

#### ALARMES PROGRAMÁVEIS

- Pressão máxima
- Pressão mínima
- Volume tidal máximo
- Volume tidal mínimo
- Volume minuto máximo
- Volume minuto mínimo
- Frequência máxima
- Frequência mínima
- FiO2
- PEEP e Auto PEEP
- Apneia

#### ALARMES AUTOMÁTICOS

- Falha de energia elétrica
- Ciclo interrompido
- Pressão de entrada de O2 / Ar (baixa)
- Bateria baixa (bateria inoperante)
- Microprocessador (ventilador inoperante)
- Relação I:E invertida
- Desconexão paciente
- Obstrução parcial da via aérea


#### VISUALIZAÇÃO OPERACIONAL

- Barra gráfica de pressão
- Indicador de ciclo espontâneo/controlado
- Nível de carga da bateria
- Programação das variáveis ventilatórias

#### GRÁFICOS adulto, pediátrico e neonatal

LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 04.187.384/0001-54 - Insc. Est. 254.417.108  
 Rua João Ropelatto, 202, Nereu Ramos  
 CEP: 89265-520- Jaraguá do Sul / SC - Fone/Fax (47) 3371-2741 / 3371-9267  
[www.leistungbrasil.com](http://www.leistungbrasil.com) - E-mail: [leistung@leistungbrasil.com](mailto:leistung@leistungbrasil.com)

**Assistência Técnica**  
 ☎ (47) 99985-6173



<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seleção personalizável de até 6 gráficos simultâneos, flexibilidade total.</li> <li>• Pressão / tempo</li> <li>• Fluxo / tempo</li> <li>• Volume / tempo</li> <li>• Volume / pressão</li> <li>• Fluxo / volume</li> <li>• Pressão / Fluxo</li> <li>• Pletismografia</li> <li>• ETCO2 / tempo</li> <li>• ETCO2 / volume</li> </ul> <p><b>TENDÊNCIA GRÁFICAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Volume Corrente</li> <li>• Volume Minuto</li> <li>• Frequência</li> <li>• Complacência Dinâmica</li> <li>• Pressão Pico</li> <li>• Pressão Base (PEEP)</li> <li>• Fluxo inspiratório</li> <li>• Resistencia das vias aéreas</li> <li>• Freq:Vol (IRRS)</li> <li>• FIO2</li> <li>• SpO2</li> <li>• etCO2</li> <li>• Intervalos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 24 ou 72 horas com auxílio de cursores para análise</li> </ul> <p><b>TENDÊNCIA NUMÉRICA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto PEEP</li> <li>• Complacência dinâmica</li> <li>• Complacência estática</li> <li>• Resistência inspiratória</li> <li>• Resistência expiratória</li> <li>• Índice de estresse</li> </ul> <p><b>FONTE INTERNA (BATERIA)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tensão Nominal: 11,1V</li> <li>• Capacidade Nominal: 13,2Ah</li> <li>• Tipo: Bateria de Lítio (Li+)</li> <li>• Autonomia: 360 minutos (6 horas)</li> </ul> <p><b>GENERALIDADES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peso do equipamento com pedestal: 28,5kg</li> <li>• Tela Sensível ao toque capacitivo de 17 polegadas</li> <li>• Monitor LCD LED com ajuste de angulação resolução XGA</li> <li>• Grau de Proteção Contra Penetração Nociva de</li> </ul>	
---	--

LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 04.187.384/0001-54 - Insc. Est. 254.417.108  
 Rua João Ropelatto, 202, Nereu Ramos  
 CEP: 89265-520- Jaraguá do Sul / SC - Fone/Fax (47) 3371-2741 / 3371-9267  
[www.leistungbrasil.com](http://www.leistungbrasil.com) - E-mail: [leistung@leistungbrasil.com](mailto:leistung@leistungbrasil.com)

**Assistência Técnica**  
 ☎ (47) 99985-6173



Água: IP22

- Classificação de Produto Médico: Classe III
- Alimentação elétrica: 100 V - 240 V ~ 0,6 A - 0,29 A

### OUTRAS FUNÇÕES

- Histórico de alarmes com os últimos 1000 eventos apresentando data, hora e alarme.
- Registro dos valores consultados na Mecânica Respiratória
- Prova do circuito sem desligar o equipamento
- Menu de indicação de horas de uso e serviços realizados.
- Ajustes de Altitude para compensação de volume.
- Possibilidade de troca de idiomas
- Ajuste de hora e data.
- Válvula de Segurança, já incorporada ao equipamento.
- Regulador de pressão de linha incorporado internamente ao equipamento, podendo ser ligado direto na linha de gás do hospital, sem necessidade de reguladores externos.

### CONFIGURAÇÕES ESPECIAIS

- 100% oxigênio até 20min. com silêncio automático de alarme
- Adequação da interface do paciente ou troca do circuito com recalibração sem a necessidade de desligar o equipamento e mantendo o registro do histórico do paciente
- Cálculo automático do peso teórico e seleção da interface de acordo com o paciente
- Compensação de altitude
- Configuração das variáveis monitoradas
- Curva de Fluxo 50% Descendente
- Interface Intuitiva
- Medição de gases com correções BTPS
- Ventilador inteligente, recorda as preferências do usuário após 10 usos
- Ajuste do Volume do alarme
- Bateria com 6 horas de autonomia
- Interface intuitiva com configuração das variáveis monitoradas
- Nebulizador sincronizado com compensação do volume, fluxo e FIO2
- Indicador proporcional do nível de carga da bateria
- Compensação automática da complacência do

LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 04.187.384/0001-54 - Insc. Est. 254.417.108  
Rua João Ropelatto, 202, Nereu Ramos  
CEP: 89265-520- Jaraguá do Sul / SC - Fone/Fax (47) 3371-2741 / 3371-9267  
[www.leistungbrasil.com](http://www.leistungbrasil.com) - E-mail: [leistung@leistungbrasil.com](mailto:leistung@leistungbrasil.com)

**Assistência Técnica**  
☎ (47) 99985-6173





circuito paciente  
• Sensor FIO2 interno e permanente não consumível

### TELA DE CONFIGURAÇÃO INICIAL

- Seleção do paciente
- Sexo
- Altura e peso
- Cálculo automático do peso teórico
- Nível de ventilação por mL/kg
- Tipo de via aérea artificial
- Tipo de umidificação
- Prova de linha
- Medição da complacência do circuito
- Função último paciente

### AUTO TESTES

- Verificação da versão de software de controle
- Verificação da versão de software de GUI
- Verificação das horas de uso
- Verificação da temperatura interna
- Medição da pressão atmosférica
- Medição da pressão de entrada de Oxigênio
- Medição da pressão de entrada de Ar
- Calibração do sensor de fluxo de O2 e de Ar
- Verificação das fugas do sistema (até 4 L/min)
- Medição da complacência do sistema
- Calibração da válvula exalatória
- Teste da válvula proporcional de oxigênio
- Teste da válvula proporcional de ar
- Teste da válvula de controle PEEP

### COMUNICAÇÃO

- Conector de Sinal RS232: Para comunicação externa com software e entrada de sinais.
- Conector de Sinal USB: Para realização de Serviço, exportar dados para pendrive, PrintScreen da tela e Atualização software do Equipamento.
- Conector RJ45, comunicação internet.

### ACESSÓRIOS

- 1 Manual de Instruções;
- 1 Manual Técnico;
- 1 Pedestal deslizante com quatro rodízios sendo dois com travas
- 1 Monitor Touch Screen 17" integrado;
- 1 Braço articulado para circuito paciente;
- 1 Cabo de força tripolar;

LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 04.187.384/0001-54 - Insc. Est. 254.417.108  
Rua João Ropelatto, 202, Nereu Ramos  
CEP: 89265-520- Jaraguá do Sul / SC - Fone/Fax (47) 3371-2741 / 3371-9267  
[www.leistungbrasil.com](http://www.leistungbrasil.com) - E-mail: [leistung@leistungbrasil.com](mailto:leistung@leistungbrasil.com)

**Assistência Técnica**  
☎ (47) 99985-6173



- |   |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Circuito de Silicone paciente pediátrico/adulto (autoclavável);</li> <li>• 1 Circuito de Silicone paciente neonatal/pediátrico (autoclavável);</li> <li>• 1 Mangueira para ar comprimido;</li> <li>• 1 Mangueira para oxigênio;</li> <li>• 1 Pulmão de teste com resistência;</li> <li>• 1 Válvula exalatória autoclavável (Sensores de fluxo adulto/pediátricos Incorporados à Válvula exalatória);</li> <li>• Sensores distais para cada categoria de paciente incorporados ao equipamento;</li> <li>• FIO2 com monitoração por sensor interno e insubstituível;</li> <li>• 1 Sensor Proximal Neonatal;</li> <li>• 1 Filtro de AR comprimido;</li> <li>• 1 Umidificador Aquecido;</li> <li>• 1 Jarra para Umidificador.</li> </ul> |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|

**VALOR UNITÁRIO DO ITEM 37:** R\$ 52.000,00 (Cinquenta e dois mil reais).

**VALOR TOTAL DO ITEM 37:** R\$ 728.000,00 (Setecentos e vinte e oito mil reais).

**PRAZO DE ENTREGA:** em até 45 (quarenta e cinco) dias, contados após recebimento da Ordem de Compra.

**VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar da sessão de abertura desta licitação.

**Declaramos que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a contratação, inclusive a margem de lucro.**

**Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).**

**CONDICÕES DE PAGAMENTO:** será efetuado através de depósito em conta bancária, informado nesta proposta, em até 30 (trinta) dias contados do recebimento da Nota Fiscal.

**ENDEREÇO DE ENTREGA:** Conforme local indicado na Ordem de Compra.

**GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS:** Os equipamentos ofertados possuem garantia da qualidade, contra defeitos de fabricação pelo prazo de 12 (doze) meses contados da data de emissão da Nota Fiscal, conforme manual da fabricante, salvo o uso indevido, acidente ou desgaste natural.

LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 04.187.384/0001-54 - Insc. Est. 254.417.108  
Rua João Ropelatto, 202, Nereu Ramos  
CEP: 89265-520- Jaraguá do Sul / SC - Fone/Fax (47) 3371-2741 / 3371-9267  
[www.leistungbrasil.com](http://www.leistungbrasil.com) - E-mail: [leistung@leistungbrasil.com](mailto:leistung@leistungbrasil.com)

**Assistência Técnica**  
☎ (47) 99985-6173

# LEISTUNG



CERTIFICADO BPF  
ISO 13485:2016  
R 04-02 (4)  
Rev07



**ASSISTÊNCIA TÉCNICA:** Prestada pela própria indústria:

**LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA.**

**CNPJ: 04.187.384/0001-54**

Rua João Ropelatto, 202, bairro Nereu Ramos,  
89.265-520 Jaraguá do Sul - SC

Tel: (47) 3371-2741 Fax: (47) 3371-9267

CREA empresa - Registro: 064660-4

Eng. Responsável: MATEUS EMRICH MONNERAT

Registro: SC S1 088984-3 Expedido pelo CREA-SC

**Autorização de funcionamento ANVISA N° GHL3983MX9H2**

**Declaramos inteira submissão ao presente termo e legislação vigente.**

Jaraguá do Sul/SC, 01 de março de 2023.

**Leistung Equipamentos Ltda.**

**CNPJ: 04.187.384/0001-54**

Andréia Aparecida Pazze  
Gerente Comercial - Procuradora

CPF: 972.395.850-34

RG: 4077522251-SSP/RS

**04.187.384/0001-54**

**LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA**

Rua João Ropelatto, 202  
89265-300 - Nereu Ramos  
Jaraguá do Sul - Santa Catarina

LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 04.187.384/0001-54 - Insc. Est. 254.417.108

Rua João Ropelatto, 202, Nereu Ramos

CEP: 89265-520- Jaraguá do Sul / SC - Fone/Fax (47) 3371-2741 / 3371-9267

[www.leistungbrasil.com](http://www.leistungbrasil.com) - E-mail: [leistung@leistungbrasil.com](mailto:leistung@leistungbrasil.com)

**Assistência Técnica**

**(47) 99985-6173**

Página 11 de 11