

Assunto: **Re: PROPOSTA REALINHADA E DOCUMENTOS REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO 1101.01/2023-PE**

De: LONDRIHOSP LICITAÇÕES <londrihosplicitacao@gmail.com>

Para: <licitacao@acarau.ce.gov.br>

Data: 02/03/2023 13:13



- PROPOSTA REALINHADA ACARAU.zip (~2.4 MB)

Bom dia.

Em anexo proposta ajustada solicitada no dia de hoje (02/03/2023)

Qualquer dúvida estou à disposição.

Em sex., 24 de fev. de 2023 às 14:17, LONDRIHOSP LICITAÇÕES <londrihosplicitacao@gmail.com> escreveu:
Boa tarde, segue em anexo proposta ajustada referente, qualquer dúvida estou a disposição.

Em ter., 7 de fev. de 2023 às 12:41, LONDRIHOSP LICITAÇÕES <londrihosplicitacao@gmail.com> escreveu:
Boa tarde, segue em anexo NOVA PROPOSTA AJUSTADA.


Por gentileza, confirme o recebimento.

Em seg., 6 de fev. de 2023 às 16:28, LONDRIHOSP LICITAÇÕES <londrihosplicitacao@gmail.com> escreveu:
Boa tarde, segue em anexo proposta ajustada e documentações referente ao pregão eletrônico acima citado.


Todos os nossos documentos possuem autenticações digitais, assinaturas digitais ou são consultados via internet, será necessário o envio de documentação pelos correios?

Por gentileza, confirme o recebimento deste e-mail. Atenciosamente.

--

 Produtos Hospitalares CNPJ: 42.650.279/0001-07 IE: 908.99891-05	Setor de Licitação Londrihosp Importação e Exportação de Produtos Medico Hospitalares Eireli R. Maria Doniak, n°133, Jd. Tropical CEP: 86.087-635 / Londrina-PR FONE: (43) 3334-3142
--	--


--

 Produtos Hospitalares CNPJ: 42.650.279/0001-07 IE: 908.99891-05	Setor de Licitação Londrihosp Importação e Exportação de Produtos Medico Hospitalares Eireli R. Maria Doniak, n°133, Jd. Tropical CEP: 86.087-635 / Londrina-PR FONE: (43) 3334-3142
--	--

--

 <p>LondriHosp Produtos Hospitalares</p> <p>CNPJ: 42.650.279/0001-07 IE: 908.99891-05</p>	<p>Setor de Licitação</p> <p>Londrihosp Importação e Exportação de Produtos Medico Hospitalares Eireli R. Maria Doniak, n°133, Jd. Tropical CEP: 86.087-635 / Londrina-PR FONE: (43) 3334-3142</p>
---	---



 <p>LondriHosp Produtos Hospitalares</p> <p>CNPJ: 42.650.279/0001-07 IE: 908.99891-05</p>	<p>Setor de Licitação</p> <p>Londrihosp Importação e Exportação de Produtos Medico Hospitalares Eireli R. Maria Doniak, n°133, Jd. Tropical CEP: 86.087-635 / Londrina-PR FONE: (43) 3334-3142</p>
---	---



LONDRINA, 02 de Março de 2023

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU


ESTADO DO CEARÁ

Secretária Municipal de Administração

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1101.01/2023-PE

PROPOSTA					
ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	VLR UNIT R\$	VLR TOTAL R\$
02	01	Aspirador de Secreções Elétrico Móvel Aspirador móvel, utilizado nos procedimentos de aspirar secreção Aspirador cirúrgico, utilizado nos procedimentos de aspirar secreção Fluxo de aspiração: a partir de 50 LPM válvula de segurança: possui, bateria: recarregável BIVOLT, suporte/rodízios e travas: possui, manômetro: possui Dimensões mínimas: 450 x 255 x 285 mm, Peso mínimo: 6kg 01 Bomba vácuo aspiradora 02 Frascos coletores de 3 litros autoclavável 01 Tampa de plástico com válvula de segurança 01 Filtro bactericida 01 Mangueira de silicone paciente de 2 metros Segurança: Produto certificado INMETRO Certificação ANVISA	ASPIRATEX / HR 6005 C	2100,00	2.100,00
18	01	Foco Cirúrgico de Solo Móvel Foco cirúrgico portátil composto por base móvel com rodízio e cúpula s. Tipo: LED no mínimo 130.000LUX, sistema de emergência: bateria. Foco cirúrgico, estrutura em aço tratado com antioxidante antiferrugem e composto por base móvel com rodízio e cúpula única de alumínio e bateria interna recarregável. O equipamento deve possuir sistema de emergência / bateria, pedestal com rodízios, braço articulado, par de manoplas autoclaváveis, intensidade luminosa ajustável e de no mínimo 130.000 Lux lâmpadas de LED, mínimo de dois bulbos. Altura mínima: 1,50 Metros, Largura mínima: 40,00 Centímetros, Profundidade mínima: 40,00 Centímetros, Peso mínimo: 7,00 Kilogramas Gabinete resistente a oxidação e corrosão. Possuir filtro calorífico. Produzir temperatura de cor entre 3.200 à 4.300 Kelvin. Possuir sistema de focalização regulável através de manopla esterilizável. Possuir sistema de braços articuláveis, para movimentos mínimos de Torção e Flexão. Possuir pedestal com rodízios. Possuir sistema de emergência, com carregador automático de bateria. Tensão de Alimentação: 220V Frequência: 60Hz. Número de fases: Monofásico Acessórios básicos: Possuir cabo de alimentação 2P T conforme ABNT, com no mínimo 2m Possuir lâmpadas sobressalentes Possuir manopla esterilizável extra. Possui pedestal com rodízios. Deverão acompanhar todos os materiais, cabos, componentes e acessórios necessários à perfeita instalação e operação do equipamento configurado nessa especificação. Segurança: Registro na ANVISA ABNT NBR IEC 60001 -2-41:2012 Errata 1:2013 OBSERVAÇÃO: Procedimentos de Recebimento e Aceitação conforme orientação da ANVISA a serem considerados em edital: 1. Requisitos de pré-instalação. Os fornecedores dos equipamentos, concorrentes de licitação, devem fornecer à instituição, os requisitos de pré-instalação de seus equipamentos, necessários para avaliar a adequação das instalações da instituição para recebimento e instalação do equipamento 2. Verificação da conformidade. A verificação da conformidade das instalações da instituição aos requisitos estabelecidos pelo fornecedor vencedor da licitação, deve ser efetuada por inspeção local realizada pelo fornecedor ou seu representante autorizado, que aprovará formalmente as instalações 3. Regulamentação técnica. Os requisitos de pré-instalação devem atender às prescrições da regulamentação técnica que dispõe sobre a arquitetura e engenharia de Estabelecimentos Assistenciais de Saúde 4. Avaliação técnica. A equipe técnica deve considerar a necessidade de se exigir a avaliação técnica dos equipamentos dos fornecedores classificados na licitação, antes da adjudicação do vencedor da licitação 5. Verificação do equipamento recebido. A equipe técnica designada para recebimento do equipamento, deverá se manifestar quanto à conformidade do equipamento com as especificações previstas no edital 6. Participação do fornecedor no recebimento. O edital deverá exigir a presença do fornecedor ou seu representante autorizado, no recebimento do equipamento pela instituição 7. Condições para instalação. A instalação do equipamento deve ser realizada pelo fornecedor ou por seu representante autorizado, devendo ser iniciada exclusivamente após seu recebimento formal e aprovação dos requisitos de pré-instalação 8. Conclusão da instalação. O fornecedor ou seu representante autorizado deve efetuar os testes de instalação do equipamento, realizando demonstração de seu funcionamento à equipe técnica de acompanhamento 9. Verificação do funcionamento do equipamento. A equipe técnica instituída para aceitação do equipamento, deverá se manifestar quanto à adequação do funcionamento do equipamento, após a demonstração realizada pelo fornecedor ou seu representante autorizado	MEDPEJ / FL 2000 ALD 24 X 24	37999,00	37.999,00
26	02	Seladora Equipamento utilizado para selar embalagens plásticas para uso em hospitais, clínicas e outros. Tipo/aplicação: manual/ grau cirúrgico. Fabricada de acordo com as normas da ANVISA TENSÃO BIVOLT AUT OU 220 V.	ESSENCE / SELAMAX	245,00	490,00
27	10	Suporte de Hamper Dispositivo utilizado para descarte de roupas usadas. Material de confecção: aço inoxidável.	RENASCER / RODIZIO	399,00	3.990,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA					44.579,00
VALOR DA PROPOSTA R\$ 44.579,00 QUARENTA E QUATRO MIL QUINHENTOS E SETENTA E NOVE REAIS					




GUSTAVO HENRIQUE CARREGA
CPF: 084.265.219-16
ADMINISTRADOR

42.650.279/0001-07
I.E. 90899891-05
LONDRIHOSP IMP. E EXP. DE
PROD. MÉDICO HOSPITALARES - EIRELI
RUA MARIA DONIAK, 188
JD. TROPICAL - CEP 86087-895
LONDRINA - PR

GUSTAVO HENRIQUE CARREGA:08426521916

Digitally signed by GUSTAVO HENRIQUE CARREGA:08426521916
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=000001010817368, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC
SERASA RFB, ou=32584223000130, ou=VIDEOCONFERENCIA, cn=GUSTAVO HENRIQUE CARREGA:08426521916

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 1101.01/2023-PE

DECLARAÇÃO PROPOSTA

A empresa **LONDRIHOSP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI**, CNPJ 42.650.279/0001-07 localizada na Rua Maria Doniak, 133 – Jardim Tropical – Londrina – PR, CEP 86087-635 vem por meio desta apresentar a proposta para o fornecimento do objeto da presente licitação, concordando e acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

Validade da Proposta: 60 (SESSENTA) DIAS. Conforme edital.
Prazo de Entrega: 10 (dez) dias úteis, a contar da expedição da ORDEM DE COMPRA/SERVIÇOS pela administração, no local determinado na ORDEM DE COMPRA/SERVIÇOS. Conforme edital.
Prazo de Pagamento: Conforme edital.
Prazo de Garantia: Conforme o edital.
Dados Bancários: BANCO DO BRASIL – AG: 1582-2 - C/C: 30.803-X

Representante Legal responsável pela assinatura de Atas e Contratos:

Gustavo Henrique Carrega

CPF: 084.265.219-16

RG: 12.640.687-8

Endereço residencial: Rua Tupi, 329 – Centro, Londrina – PR CEP: 86020-350

E-MAIL: londrihosplicitacao@gmail.com

Declaramos que os produtos ofertados atendem as especificações estabelecidas no edital e que nos preços propostos no presente documento estão inclusas todas as despesas, tais como impostos, taxas, transporte, entrega, lucro e demais custos diretos e indiretos, não cabendo quaisquer alegações posteriores de omissão de custos na proposta, bem como pleitos adicionais, sendo o objeto do Edital entregue sem acréscimos de valores.

Declaramos para os fins do tratamento diferenciado e favorecido que cogita a Lei Complementar nº 123/2006 que estamos enquadrados, na condição de **MICROEMPRESA** e que não estamos incurso nas vedações a que se reporta o §4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, cientes que a declaração inexata ou falsa importará nas sanções previstas no edital, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal que o ato ensejar.

Declaramos, sob as penas da lei, que o edital e seus anexos foram colocados à nossa disposição, e tomamos conhecimento de todas as informações, condições, locais e grau de dificuldade para execução do objeto da licitação, bem como, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação.

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos que forem apresentados na presente licitação.

LONDRIHOSP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI.
CNPJ: 42.650.279/0001-07 - IE: 90899891-05 - IM: 2933098
RUA MARIA DONIAK, 133 JARDIM TROPICAL CEP 86087-635 LONDRINA - PR
TELEFONE (43) 3334-3142 - E-MAIL: londrihosplicitacao@gmail.com

Declaramos, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para participação e habilitação de nossa empresa na presente licitação, ciente da obrigatoriedade de declarar, caso ocorram fatos posteriores que nos inabilite a participar de licitações. Declaramos ainda que a empresa não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administração Pública.

Declaramos, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/1993, que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, NÃO POSSUINDO, AINDA, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesesseis) anos.


Declaramos que não possuímos, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

Declaramos que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

Declaramos que os sócios e seus representantes não possuem parentesco, em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, com os servidores e agentes políticos envolvidos no processo licitatório, e com poder decisório capaz de influenciar no resultado, independentemente da modalidade licitatória.

Declaramos em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que a proposta apresentada para participar do referido Pregão foi elaborada de maneira independente e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do referido Pregão, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do referido Pregão quanto a participar ou não da referida licitação; que o conteúdo da proposta apresentada para participar do referido Pregão não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Administração da licitante, antes da abertura oficial das propostas.

Londrina, 02 de Março de 2023


GUSTAVO HENRIQUE CARREGA
CPF: 084.265.219-16
ADMINISTRADOR

42.650.279/0001-07
I.E. 90899891-05
LONDRIHOSP IMP. E EXP. DE
PROD. MÉDICO HOSPITALARES - EIRELI
RUA MARIA DONIAK, 133
JD. TROPICAL - CEP 86087-635
LONDRINA - PR

GUSTAVO HENRIQUE CARREGA:08426521916

Digitally signed by GUSTAVO HENRIQUE CARREGA:08426521916
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=00001010817368, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC
SERASA RFB, ou=32584223000130, ou=VIDEOCONFERENCIA, cn=GUSTAVO HENRIQUE CARREGA:08426521916

LONDRIHOSP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI.
CNPJ: 42.650.279/0001-07 - IE: 90899891-05 - IM: 2933098
RUA MARIA DONIAK, 133 JARDIM TROPICAL CEP 86087-635 LONDRINA - PR
TELEFONE (43) 3334-3142 - E-MAIL: londrihosplicitacao@gmail.com



Renascer Ind. e Com. de Móveis Hospitalares LTDA

Email: renascer@sercomtel.com.br

Site: www.renascermoveishospitalares.com.br



RN14009 – PORTA SACO HAMPER INOX




Imagem Ilustrativa

- Estrutura em tubo de aço inox redondo de $\frac{3}{4}$ x 1.20mm – 304AISI
- Três pés providos de rodízios giratórios de 2" (50mm)
- Acompanha saco em tecido algodão cru

Dimensão aproximada: 530 x 850 mm – Capacidade aprox.: 100 Lts

Rua Tereza de Souza, nº. 86 - Pq. Industrial Kiugo Takata - Cep: 86042-390
Londrina/PR - Fone: (43) 33419431
CNPJ: 04.198.372/0001-25 – ICMS: 90.227.124-43



Aspirador Cirúrgico

ASPIRADOR CIRÚRGICO COM CARRO SUPORTE
HR 6005-C

Ecologicamente correto.

MARCA: ASPIRATEX

MODELO HR-6005-C

FRASCO COLETOR: 5 LITROS

REGISTRO ANVISA: 81731749002


FABRICANTE: HR HOSPITALAR

PRODUTO: NACIONAL

Garantia Fabricante : 1 ano



Principais Opcionais



Filtro Bacteriológico

Filtro com membrana em PTFE hidrofóbica reforçada com polipropileno.



Cânula de aspiração

Indicado para aspiração, extensão em PVC cristal e ponta de látex



Pedal de acionamento

Pedal de acionamento para aspiradores de secreção marca HR

- Sistema auto-stop.
- Alarme sonoro
- Bivolt automático
- Outros opcionais – vide manual do equipamento

Especificações e Características Técnicas

Motor	1/2 (cv)	1/3 (cv)	1/4(cv)
Vácuo ajustável	0 a 30 polegadas com válvula reguladora, mais modelos vide manual.		
Frasco coletor	Frasco em policarbonato autoclavável à 121°C, outros modelos vide manual..		
Vazão	15 l/min a 100 l/min		
Grau de proteção	IP21/IPX5		
Carro Pedestal	04 rodízios		
Grau de proteção pedal	IPX8		
Tensão de alimentação	127 ou 220V; 127/220V; 127-220V bivolt automático		
Mangueira	Mangueira de silicone		
Peso	8 kg		
Dimensão	330 x 330 x 950		


SAM MEDIC
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES



Representante exclusivo
HR HOSPITALAR



Handwritten signature/initials.



Área de Selagem 13mm



Guilhotina para Corte

Utilização



A Seladora é utilizada para selar embalagens confeccionadas em papel grau cirúrgico ou plástico. Podem ser utilizadas em consultórios odontológicos e médicos, laboratórios, clínicas, hospitais, etc.

Descrição

- 30 cm de área livre para selagem;
- Bivolt automática, portanto não necessita mudar de chave seletora de voltagem;
- Fita de proteção térmica (conhecida como fita armalon) avulsa que isola a resistência para que não fique diretamente em contato com o saco plástico de esterilização, não é necessário para o uso no papel cirúrgico;
- Leve, compacta e ergonômica;
- Qualidade e eficiência no processo de selagem de materiais por possuir 13mm de espessura;
- Guilhotina para corte (ambos os lados);
- Baixo custo para peças de reposição.

Especificações Técnicas

- Potência: 80W
- Voltagem/Tensão: 110V/220V - Automático
- Frequência: 50/60 Hz
- Lâmina utilizada: Bisturi nº 12
- Peso líquido: 1,162 kg
- Peso bruto: 1,291 kg
- Dimensões: 480 mm (comprimento), 113 mm (altura) e 100 mm (largura)



Utilização

Para apoiar rolo de papel grau cirúrgico até 300 mm

Descrição

- Capacidade para mais de um rolo
- Acompanha separador de rolos
- Leve e compacta

- Fácil de montar

Especificações Técnicas

- Peso líquido: 0.280 Kg
- Peso bruto: 0.380 Kg
- Dimensões: 360mm (comprimento) x 170mm (largura) x 75mm (altura)

A

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



FL 2000 AL

REGISTRO ANVISA Nr. 80127840018

- Sistema de iluminação LED com iluminância disponível entre 31.000 e 160.000 lux a 1000 mm de distância;
- Vida útil prevista para os LEDs de, no mínimo, 60.000 horas;
- Controle por painel com teclas e indicadores de intensidade com cinco níveis de ajustes (20 a 100%), (opcional); A temperatura de cor é fixada em 4650 Kelvins +/- 10%;
- Display TFT (Tela colorida), (opcional); Touch screen (sensível ao toque) com 20 níveis de ajuste de intensidade de luz (de 5 a 100%). Indicador do nível de carga e falha da bateria, indicador de falta de energia, ajuste da intensidade da luz do display, relógio, idiomas em português, inglês e espanhol, ajuste de temperatura de cor em 9 níveis (3900 a 5400 Kelvins abrangendo a faixa de luz quente, luz neutra e luz fria); função luz verde para iluminar o ambiente em vídeo cirurgia evitando reflexos em telas de monitores (disponível apenas para versão com display TFT);
- Alimentação full-range (toda a faixa) de 110 V à 230 V +/- 10% 50/60 Hz;
- Diâmetro do foco ajustável de 110 mm a 250 mm aproximadamente e distância de trabalho entre 500 mm e 1500 mm; (exceto FL-2000 ALP onde o ajuste é fixo);
- Módulo de emergência com bateria interna que permite continuar o procedimento caso ocorra falta de energia elétrica (opcional);
- Indicador sonoro que indica nível baixo de bateria (somente modelos com módulo de emergência);
- Carregador inteligente de bateria acoplado ao produto (modelos com bateria).

Modelos de Chão	Braço	Cúpula	Luminosidade Aproximada (+/-)
FL 2000 ALM 12	01	01	100000 LUX
FL 2000 ALD 12	01	01	100000 LUX
FL 2000 ALM 24	01	01	160000 LUX
FL 2000 ALD 24	01	01	160000 LUX



MEDPEJ
porque saúde é fundamental

MEDPEJ EQUIPAMENTOS MÉDICOS

Rua Campinas, 2248 • Vila Elisa • CEP 14075-070 • Ribeirão Preto • SP

medpej@medpej.com.br • www.medpej.ind.br

Tel: (16) 3238.0300

ISO
9001

ISO
13485



Handwritten signature or initials.