



Ofício nº 333/2023

Ao Pregoeiro
Sr. Paulo Costa Santos

SETOR DE LICITAÇÕES
DATA: 09 / 05 / 2023
HORA: 14:37
ASSINATURA: Paulo Costa Santos

A Secretaria de Saúde do Município do Acaraú, vem através desta, requerer que seja retificada a condição quanto ao veículo a ser adquirido, em referencia ao Processo **PREGÃO ELETRÔNICO 2704.01/2023-PE**, cujo objeto **AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO-A, ATRAVÉS DE RECURSO ESTADUAL CONVÊNIO Nº 89/2022 EM CONFORMIDADE COM O PLANO DE TRABALHO DO MAPP 4784, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE**, sendo a devida retificação conforme especificamos, para seguimento do processo mencionado, na forma de Pregão Eletrônico.

Formatação correta para o item:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO
01	<p>AMBULÂNCIA TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGONETA</p> <p>Ambulância Tipo A - Simples Remoção Tipo Furgoneta</p> <p>Veículo furgoneta original de fábrica, 0 km, adaptado para AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO.</p> <p>AMBULÂNCIA TIPO SIMPLES REMOÇÃO 2023/2023, furgão, zero km, novo, capacidade para 5 passageiros sendo 4 sentados, Motor com potência mínima 1.4, a partir de 85 cv, bicomustível flex. Ar condicionado de fábrica na CABINE DO MOTORISTA e PACIENTE, direção hidráulica, travas elétricas e vidro elétrico dianteiro, rodas de aço estampado a partir de 5.5 x 14 pneus 175/70 R14. Equipado com componentes de segurança obrigatório, pintura sólida branca, transmissão manual ou automática de no mínimo 05 velocidades, tapetes, protetor de cárter. Atendendo a resolução CONTRAN 190-2009. ESPECIFICAÇÃO AMBULANCIA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ISOLAMENTO / REVESTIMENTO « Isolamento térmico e acústico em manta acústica devidamente montadas nas laterais e teto do veículo « Revestimento interno das laterais, teto, piso e divisória em ABS « Piso nivelado em compensado naval de 10mm de espessura, revestido em ABS 2. JANELA LATERAL E VIDROS TRASEIROS FIXOS » Instalação de Janela corredeira PADRÃO AMBULÂNCIA com películas branca e 03 listras transparente na LATERAL DIREITA e Vidros traseiros com aplicação de película PADRÃO AMBULÂNCIA com 03 listras transparentes 3. MÓVEIS » Armário superior pequeno, com portas deslizantes, sistema de travamento e puxadores, para acondicionamento de utensílios médicos instalado na divisória sobre a cabine do motorista 4. BANCOS - * Banco em estrutura tubular, com assento e encosto e apoio de

cabeça estofados na cor BRANCA e cintos de segurança, para 02 dois acompanhantes.

5. MACA - * Maca retrátil com 1800 mm, confeccionada em alumínio, com regulagem de altura da cabeça e rodízios giratórios, colchonete em espuma revestido em courvim e cintos de segurança« Kit de inox nos locais de descanso das rodas

6. ELETRICA + Iluminação interna composta por 01 uma luminária no teto do compartimento de atendimento « Sinalizador acústico e visual, em barra linear, com sirene eletrônica « Ventilador oscilante

7. SISTEMA DE OXIGENIO « 01 um suporte para cilindro de oxigênio de 7 litros, montado confeccionado em aço carbono, com cinta e catraca de fixação do cilindro. « 01 um cilindro de oxigênio de 7 litros com válvula e manômetro » Sistema de oxigênio, composto de régua TRIPLA completa, fluxo metro com mascara, chicote para oxigenado, umidificador e frasco aspirador tipo Venturi

8. EQUIPAMENTOS « Suporte para soro e plasma « Lixeira

9. GRAFISMO AMBULANCIA PADRÃO

O veículo automotor devendo ser novos, zero quilômetro. O veículo deverá ser entregues emplacados. O veículo deverá estar equipados com os itens e acessórios exigidos na especificação acima, bem como outros indicados na legislação de trânsito. A garantia mínima ser de 1 um ano, devendo a assistência técnica ser prestada por concessionário de serviços sediada em Fortaleza/CE, Cidade do Contratante ou Região Metropolitana. A garantia técnica contra defeitos de fabricação será prestada sem ônus para a contratante em Fortaleza/CE, Cidade do contratante ou Região Metropolitana. No entanto, as despesas com revisões periódicas, conforme manual do fabricante, necessárias para a garantia, bem como os serviços de manutenção normal do veículo são de responsabilidade da contratante e não estão inclusas no prego do veículo.

Atenciosamente,

Acaraú/CE, 09 de Maio de 2023.



ANA PAULA PRACIANO TEIXEIRA
Secretária Municipal de Saúde

**TERMO DE ERRATA E ADENDO –
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2704.01/2023-PE**

OBJETO: AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO-A, ATRAVÉS DE RECURSO ESTADUAL CONVÊNIO Nº 89/2022 EM CONFORMIDADE COM O PLANO DE TRABALHO DO MAPP 4784, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAU/CE.


O Pregoeiro junto a Equipe de Apoio de Pregão do Município de Acaraú/CE, designada por meio da PORTARIA Nº 1302-04/2023, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2023, torna público para conhecimento dos interessados que foram realizadas retificações no Edital, do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2704.01/2023-PE**, na especificação Termo de Referência, conforme provocação da Sra. Secretária de Saúde, Ana Paula Praciano Teixeira, nomeada pela PORTARIA Nº 006, DE 01 DE JANEIRO DE 2021, via do ofício 333/2023 de 09 de Maio de 2023, recebido as 14h37min do mesmo dia, ficando assim:

ONDE SE LÊ:


3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, QUANTITATIVOS E VALOR ESTIMADO

3.1. As especificações técnicas e respectivos quantitativos detalhados a seguir:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANTIDADE
1	AMBULÂNCIA TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGONETA Ambulância Tipo A - Simples Remoção Tipo Furgoneta Veículo furgoneta original de fábrica, 0 km, adaptado para AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO. A estrutura da cabine e da carroceria será original, construída em aço ou monobloco. Chassi: Comprimento total de, no mínimo, 5,140 mm; distância entre os eixos de, no mínimo, 3.200 mm; Altura Interna mínima do salão de atendimento de 1.300 mm. Motorização: Dianteiro; 4 cilindros, combustível diesel, potência mínima de 114 cv; tanque de combustível com capacidade mínima de 69 litros. Sistema de freio com Sistema ABS nas quatro rodas; Air-Bag para os ocupantes da cabine. Direção assistida Hidráulica e/ou Elétrica. Equipado com todos os equipamentos de série não	UND	01



especificados e exigidos pelo CONTRAN. Adaptação: Altura interna do veículo deve ser original de fábrica. O pneu estepe não deve ser acondicionado no salão de atendimento. Sistema Elétrico deve ser original do veículo, com montagem de bateria de no mínimo 60 Ah do tipo sem manutenção, mínimo 12 volts. O Sistema elétrico dimensionado para o emprego simultâneo de todos os itens especificados do veículo e equipamentos, quer com a viatura em movimento quer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fiação ou disjuntores. As tomadas elétricas deverão manter uma distância mínima de 31 cm de qualquer tomada de Oxigênio. A iluminação do compartimento de atendimento deve ser de 2 tipos: Natural e Artificial, deverá ser feita por no mínimo 4 luminárias, instaladas no teto, em base estampada em alumínio ou injetada em plástico em modelo LED. A iluminação externa deverá contar com holofote tipo farol articulado regulado manualmente na parte traseira da carroceria, com acionamento independente e foco direcional ajustável 180° na vertical. Deverá possuir 1 sinalizador principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, com módulo único; 2 sinalizadores na parte traseira da AMB na cor vermelha, com frequência mínima de 90 flashes por minuto, quando acionado com lente injetada de policarbonato. Podendo utilizar um dos conceitos de Led. Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J575, SAE J595 e SAE J845, no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e fotometria classe 1, para o Sinalizador Luminoso Frontal Principal. Sinalizador acústico com amplificador de potência mínima de 100 W RMS @13,8 Vcc, mínimo de 3 tons distintos; Sistema de megafone com ajuste de ganho e pressão sonora a 1 metro de no mínimo 100 dB @13,8 Vcc; Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J1849, no que se refere a requisitos e diretrizes nos Sistemas de sirenes eletrônicas com um único autofalante. Sistema portátil de oxigênio completo, mínimo 3 L. Sistema de rádio-comunicação em contato permanente com a central reguladora. Na região da bancada, deverá existir uma régua e possuir: fluxômetro, umidificador para O2 e aspirador tipo venturi, c/ roscas padrão ABNT.



Conexões IN/OUT normatizadas pela ABNT. A climatização do salão deverá permitir o resfriamento/aquecimento. O compartilhamento do motorista deverá ser fornecido com o sistema original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica para ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. Para o compartilhamento do paciente, deverá ser fornecido original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um sistema de Ar Condicionado, com aquecimento e ventilação tipo exaustão lateral nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. Sua capacidade térmica deverá ser com mínimo de 15.000 BTUs e unidade condensadora de teto. Maca retrátil, com no mínimo 1.900 mm de comprimento, com a cabeceira voltada para frente; com pés dobráveis, sistema escamoteável; provida de rodízios, 3 cintos de segurança fixos, que permitam perfeita segurança e desengate rápido, suporta peso mínimo de 100 Kg e acompanham colchonete. Deverão ser apresentados: Autorização de Funcionamento de Empresa do Fabricante e Registro ou Cadastramento dos Produtos na Anvisa; Garantia de 24 meses. Ensaio atendendo à norma ABNT NBR 14561/2000 e AMD Standard 004, feito por laboratório devidamente credenciado. As paredes internas, piso e a divisória deverão ser em plástico reforçado com fibra de vidro laminadas ou Acrilonitrila Butadieno Estireno auto-estinguível, ambos com espessura mínima de 3mm, moldados conforme geometria do veículo, com a proteção antimicrobiana, tornando a superfície bacteriostática. O balaústre deverá ter 2 pega-mão no teto do salão de atendimento. Ambos posicionados próximos às bordas da maca, sentido traseira-frente do veículo. Confeccionado em alumínio, com 3 pontos de fixação no teto, instalados sobre o eixo longitudinal do comprimento através de parafusos e com 2 sistema de suporte de soro deslizável, devendo possuir 02 ganchos cada para frascos de soro e plasma. Armário superior para objetos, em um só lado da viatura, em ABS auto-estinguível, ou PRFV (plástico resistente de fibra de vidro) ou compensado naval revestido interna e externamente em material impermeável e lavável (fórmica ou similar). As portas devem ser dotadas de trinco para impedir a abertura espontânea das mesmas durante o deslocamento. A distribuição dos móveis e equipamentos

	<p>no salão de atendimento deve prever: Dimensionar o espaço interno, visando posicionar, de forma acessível e prática, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento às vítimas. Fornecer de vinil adesivo p/ grafismo do veículo, composto por cruzeiros e palavra Ambulância no capô, vidros laterais e traseiros, bem como, as marcas do Governo Federal, SUS e Ministério da Saúde.</p>		
--	---	--	--

LEIA - SE:

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, QUANTITATIVOS E VALOR ESTIMADO

3.1. As especificações técnicas e respectivos quantitativos detalhados a seguir:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANTIDADE
1	<p>AMBULÂNCIA TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGONETA</p> <p>Ambulância Tipo A - Simples Remoção Tipo Furgoneta</p> <p>Veículo furgoneta original de fábrica, 0 km, adaptado para AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO.</p> <p>AMBULÂNCIA TIPO SIMPLES REMOÇÃO 2023/2023, furgão, zero km, novo, capacidade para 5 passageiros sendo 4 sentados, Motor com potência mínima 1.4, a partir de 85 cv, bicomcombustível flex. Ar condicionado de fábrica na CABINE DO MOTORISTA e PACIENTE, direção hidráulica, travas elétricas e vidro elétrico dianteiro, rodas de aço estampado a partir de 5.5 x 14 pneus 175/70 R14. Equipado com componentes de segurança obrigatório, pintura sólida branca, transmissão manual ou automática de no mínimo 05 velocidades, tapetes, protetor de cárter. Atendendo a resolução CONTRAN 190-2009.</p> <p>ESPECIFICAÇÃO AMBULANCIA:</p> <p>1. ISOLAMENTO / REVESTIMENTO « Isolamento térmico e acústico em manta acústica devidamente montadas nas laterais e teto do veículo « Revestimento interno das</p>	UND	01



laterais, teto, piso e divisória em ABS « Piso nivelado em compensado naval de 10mm de espessura, revestido em ABS

2. JANELA LATERAL E VIDROS TRASEIROS FIXOS » Instalação de Janela corredeira PADRÃO AMBULÂNCIA com películas branca e 03 listras transparente na LATERAL DIREITA e Vidros traseiros com aplicação de película PADRÃO AMBULÂNCIA com 03 listras transparentes

3. MÓVEIS » Armário superior pequeno, com portas deslizantes, sistema de travamento e puxadores, para acondicionamento de utensílios médicos instalado na divisória sobre a cabine do motorista

4. BANCOS - * Banco em estrutura tubular, com assento e encosto e apoio de cabeça estofados na cor BRANCA e cintos de segurança, para 02 dois acompanhantes.

5. MACA - * Maca retrátil com 1800 mm, confeccionada em alumínio, com regulagem de altura da cabeça e rodízios giratórios, colchonete em espuma revestido em courvim e cintos de segurança« Kit de inox nos locais de descanso das rodas

6. ELETRICA + Iluminação interna composta por 01 uma luminária no teto do compartimento de atendimento « Sinalizador acústico e visual, em barra linear, com sirene eletrônica « Ventilador oscilante

7. SISTEMA DE OXIGENIO « 01 um suporte para cilindro de oxigênio de 7 litros, montado confeccionado em aço carbono, com cinta e catraca de fixação do cilindro. « 01 um cilindro de oxigênio de 7 litros com válvula e manômetro » Sistema de oxigênio, composto de régua TRIPLA completa, fluxo metro com mascara, chicote para oxigenado, umidificador e frasco aspirador tipo Venturi

8. EQUIPAMENTOS « Suporte para soro e plasma « Lixeira

9. GRAFISMO AMBULANCIA PADRÃO

O veículo automotor devendo ser novos, zero quilômetro. O veículo deverá ser entregues emplacados. O veiculo deverá



estar equipados com os itens e acessórios exigidos na especificação acima, bem como outros indicados na legislação de trânsito. A garantia mínima será de 1 ano, devendo a assistência técnica ser prestada por concessionário de serviços sediada em Fortaleza/CE, Cidade do Contratante ou Região Metropolitana. A garantia técnica contra defeitos de fabricação será prestada sem ônus para a contratante em Fortaleza/CE, Cidade do contratante ou Região Metropolitana. No entanto, as despesas com revisões periódicas, conforme manual do fabricante, necessárias para a garantia, bem como os serviços de manutenção normal do veículo são de responsabilidade da contratante e não estão inclusas no preço do veículo.

S.M.J.

Esta é a Errata e Adendo.

Acaraú - CE, 09 de Maio de 2023.



PAULO COSTA SANTOS

Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Acaraú



CERTIDÃO DE AFIXAÇÃO

Certifico para os devidos fins, que foi afixado no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de Acaraú/CE, o **TERMO DE ERRATA E ADENDO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2704.01/2023-PE**, Processo Licitatório, referente a **AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO-A, ATRAVÉS DE RECURSO ESTADUAL CONVÊNIO Nº 89/2022 EM CONFORMIDADE COM O PLANO DE TRABALHO DO MAPP 4784, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE**, tudo conforme especificações contidas no TERMO DE REFERÊNCIA constante nos Anexos do Edital.

Acaraú - CE, 09 de Maio de 2023.



PAULO COSTA SANTOS

Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Acaraú